

Радмила Филипова

ТАБЛИЦА ЗА ТЕХНИЧЕСКО СЪОТВЕТСТВИЕ

Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на видеодуоденоскоп за онагледяване на типовете диагностични и терапевтични процедури при обучение на студенти, специализанти и лекари специалисти в областта на гастроентерологията, и обучение на персонал за нуждите на Медицински Университет – Плевен

№	Техническа спецификация (минимални технически изисквания към предлаганата апаратура)	Брой	Предлагани от Участника технически характеристики	Производител / произход
1	Видеодуоденоскоп заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД	1	Видеодуоденоскоп OLYMPUS модел TJF-Q180V	OLYMPUS / Япония
1.1	Оптична система : зрително поле мин. 100°/5° (ретроградно)		Да: 100°/5° (ретроградно)	
1.2	Дълбочина на полето – мин. 5 до 60 мм		Да: от 5 до 60 мм	
1.3	Външен диаметър на работната част: мин. 11.0 до макс. 11.3 мм		Да: 11.3 мм	
1.4	Диаметър на работния канал- най-малко 4.2 мм		Да: 4.2 мм	
1.5	Дължина на работната част на апарата – мин. 1240 мм		Да: 1240 мм	
1.6	Технология за цветово филтриране за визуализация на ранни изменения на лигавицата , чрез специален оптичен филтър		Да: под наименование NBI	
1.7	Съвместим с видеосистеми OLYMPUS EXERA		Да: съвместим с OLYMPUS EXERA	

НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧАСТНИКА: ИНФОМЕД ЕООД
УПРАВИТЕЛ: Радмила Филипова Филева – Тоцева

/ИМЕ И ФАМИЛИЯ, ПОДПИС, ПЕЧАТ/

заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

