



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5 на

1 /един/ брой 12 капилярен фрагментен анализатор, както следва:

Да е с платформа за минимум 12 капилярен (семпъл) едно или двукъсетъчен фрагментен и размер-избирателен анализатор

- Брой капиляри (семпли) минимум 12 на пускане
- Минимално количество на пробата по-малко от 20 μg с оптимум 1.5 μg ДНК
- Анализ на фрагменти от 100bp до 1,5 kb
- Точност повече от 93%
- Източник на светлина 470 нм.
- Оптичен детектор
- Волтаж на електрофорезата 75V постоянен и 75V пулсов
- Лесен за използване софтуер

****Забележка:** В случай, че в техническата спецификация се съдържа: модел, източник или специфичен процес, търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство, следва да се счита допълнено с думите „или еквивалентно/и“.