

Кристина

Техническо предложение в табличен вид по обособена позиция № 2 с наименование „Роботизирани инструменти за 20 операции годишно“ на обществена поръчка с предмет „Доставка на оборудване, материали и консумативи, по обособени позиции по Проект BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3д и телемедицина, роботизирана и минималноинвазивна хирургия“ финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, както следва: 1. Обос.поз.: Надграждане на роботизирана система в МУ-Плевен с камера на системата за образна навигация посредством флуоресценция; 2. Обос.поз.: Роботизирани инструменти за 20 операции годишно и 3. Обос. поз.: Indocyanine green за интраоперативна флуоресценция“

Предлаганите медицински консумативи са съвместими за работа с ендоскопска роботизирана хирургична система DaVinci Si

№	Наименование на продукта	Марка	Количество за една година	Количество за три години	Описание	Търговско наименование на предлаганите консумативи	Производител на предлаганите консумативи	Каталожен номер	Брой употреби	Характеристика на предлаганите консумативи	Документи, доказващи съответствието на предлаганите консумативи с техническите спецификации
1	Мериленд биполярен форцепс	брой	1	3	Мериленд биполярен форцепс 8мм, за многократна употреба (10 употреби), със затваряща / отваряща сила на върха на челюстта: средна, ъгъл на отваряне на челюстта 0-45 градуса, челюстна дължина 2,0 см.	Maryland bipolar forceps	Intuitive Surgical	420172	10	Мериленд биполярен форцепс 8мм, за многократна употреба (10 употреби), със затваряща / отваряща сила на върха на челюстта: средна, ъгъл на отваряне на челюстта 0-45 градуса, челюстна дължина 2,0 см.,	- Извлечение от Каталог на Intuitive Surgical Inc.; - Декларация на ЕО за съответствие за ендоскопски инструменти – раздел биполярни инструменти № 851250-01, рев. Н, издадена на 12.08.2014г. от Intuitive Surgical; - Сертификат за система по качеството № DGM-552, издаден на 06.02.2019г. от Presafe Denmark; - Сертификат на ЕО пълна система за осигуряване на качеството с № DGM-343, издаден на 06.02.2019г. от Presafe Denmark;
2	Форцепс Кадиев	брой	2	6	Кадиев форцепс 8 мм, многократно използваем (10 употреби), със затваряща / отваряща сила на върха на челюстта: ниска, ъгъл на отваряне на челюстта 0-30 градуса, челюстна дължина 2,0 см.	Cadiere forceps	Intuitive Surgical	420049	10	Кадиев форцепс 8 мм, многократно използваем (10 употреби), със затваряща / отваряща сила на върха на челюстта: ниска, ъгъл на отваряне на челюстта 0-	- Извлечение от Каталог на Intuitive Surgical Inc.; - Декларация на ЕО за съответствие на ендоскопски и ендорист инструменти № 851202-01, рев. J, издадена на 12.08.2014г. от Intuitive Surgical;

Техническо предложение в табличен вид по обособена позиция № 2 с наименование „Роботизирани инструменти за 20 операции годишно» на обществена поръчка с предмет “Доставка на оборудване, материали и консумативи, по обособени позиции по Проект BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3д и телемедицина, роботизирана и минималноинвазивна хирургия” финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, както следва: 1. Обос.поз.: Надграждане на роботизирана система в МУ-Плевен с камера на системата за образна навигация посредством флуоресценция; 2. Обос.поз.: Роботизирани инструменти за 20 операции годишно и 3. Обос. поз.: Indocyanine green за интраоперативна флуоресценция”

Предлаганите медицински консумативи са съвместими за работа с едноскопска роботизирана хирургична система DaVinci Si

										30 градуса, челюстна дължина 2,0 см.	- Сертификат за система по качеството № DGM-552, издаден на 06.02.2019г. от Presafe Denmark; - Сертификат на ЕО пълна система за осигуряване на качеството с № DGM-343, издаден на 06.02.2019г. от Presafe Denmark;
3	Монополярна закривена ножица	брой	1	3	Монополярни закривени ножици 8мм, за многократна употреба (10 употреби), със затваряща / отваряща сила на върха на челюстта: висока/ниска, ъгъл на отваряне на челюстта 0-38 градуса, челюстна дължина 1,3 см.	Hot Shears - Monopolar Curved Scissors	Intuitive Surgical	420179	10	Монополярни закривени ножици 8мм, за многократна употреба (10 употреби), със затваряща / отваряща сила на върха на челюстта: висока/ниска, ъгъл на отваряне на челюстта 0-38 градуса, челюстна дължина 1,3 см.	- Извлечение от Каталог на Intuitive Surgical Inc.; - Декларация на ЕО за съответствие за монополярни инструменти № 851208-01, рев. J, издадена на 12.08.2014г. от Intuitive Surgical; - Сертификат за система по качеството № DGM-552, издаден на 06.02.2019г. от Presafe Denmark; - Сертификат на ЕО пълна система за осигуряване на качеството с № DGM-343, издаден на 06.02.2019г. от Presafe Denmark;
4	Перманентно каутеризираща кука	брой	1	3	Перманентно каутеризираща кука 8мм, за многократна употреба (10 употреби), дължина на куката 1,6 см	Permanent Cautery Hook	Intuitive Surgical	420183	10	Перманентно каутеризираща кука 8мм, за многократна употреба (10 употреби), дължина на куката 1,6 см	- Извлечение от Каталог на Intuitive Surgical; - Декларация на ЕО за съответствие за монополярни инструменти № 851208-01, рев. J, издадена на

заличено на осн. чл. 36а, ал.3 от ЗОП

Техническо предложение в табличен вид по обособена позиция № 2 с наименование „Роботизирани инструменти за 20 операции годишно» на обществена поръчка с предмет „Доставка на оборудване, материали и консумативи, по обособени позиции по Проект BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3д и телемедицина, роботизирана и минималноинвазивна хирургия“ финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, както следва: 1. Обос.поз.: Надграждане на роботизирана система в МУ-Плевен с камера на системата за образна навигация посредством флуоресценция; 2. Обос.поз.: Роботизирани инструменти за 20 операции годишно и 3. Обос. поз.: Indocyanine green за интраоперативна флуоресценция”

Предлаганите медицински консумативи са съвместими за работа с ендоскопска роботизирана хирургична система DaVinci Si

... съвместими за работа с еднокоспска роботизирана хирургична система DaVinci Si											
										12.08.2014г. от Intuitive Surgical; - Сертификат за система по качеството № DGM-552, издаден на 06.02.2019г. от Presafe Denmark; - Сертификат на ЕО пълна система за осигуряване на качеството с № DGM-343, издаден на 06.02.2019г. от Presafe Denmark;	
5	Голям иглодържател	брой	1	3	Голям иглодържател 8 мм, многократно използваем (10 употреби), със затваряща / отваряща сила на върха на челюстта: много висока, Ъгъл на отваряне на челюстта 0-30 градуса, челюстна дължина 1,0 см съвместима с роботизирана хирургическа система	Large needle driver	Intuitive Surgical	420006	10	Голям иглодържател 8 мм, многократно използваем (10 употреби), със затваряща / отваряща сила на върха на челюстта: много висока, Ъгъл на отваряне на челюстта 0-30 градуса, челюстна дължина 1,0 см съвместима с роботизирана хирургическа система	- Извлечение от Каталог на Intuitive Surgical Inc.; - Декларация на ЕО за съответствие за ендоскопски и ендорист инструменти № 851202-01, рев. J, издадена на 12.08.2014г. от Intuitive Surgical; - Сертификат за система по качеството № DGM-552, издаден на 06.02.2019г. от Presafe Denmark; - Сертификат на ЕО пълна система за осигуряване на качеството с № DGM-343, издаден на 16.02.2019г. от Presafe Denmark.

заличено на осн. чл. 36а, ал.3 от ЗОП

Техническо предложение в табличен вид по обособена позиция № 2 с наименование „Роботизирани инструменти за 20 операции годишно» на обществена поръчка с предмет „Доставка на оборудване, материали и консумативи, по обособени позиции по Проект BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3д и телемедицина, роботизирана и минималноинвазивна хирургия” финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, както следва: 1. Обос.поз.: Надграждане на роботизирана система в МУ-Плевен с камера на системата за образна навигация посредством флуоресценция; 2. Обос.поз.: Роботизирани инструменти за 20 операции годишно и 3. Обос. поз.: Indocyanine green за интраоперативна флуоресценция”

Предлаганите медицински консумативи са съвместими за работа с ендоскопска роботизирана хирургична система DaVinci Si

6	Прозоречен Биполярен форцепс	брой	1	3	Прозоречен Биполярен Форцепс 8 мм, многократно използваем (10 употреби), със затваряща / отваряща сила на върха на челюстта средна. Ъгъл на отваряне на челюстта 0-45 градуса, челюстна дължина 2,1 см.	Fenestrated Bipolar Forceps	Intuitive Surgical	420205	10	Прозоречен Биполярен Форцепс 8 мм, многократно използваем (10 употреби), със затваряща / отваряща сила на върха на челюстта средна. Ъгъл на отваряне на челюстта 0-45 градуса, челюстна дължина 2,1 см.	- Извлечение от Каталог на Intuitive Surgical Inc.; - Декларация на ЕО за съответствие за ендоскопски инструменти – раздел биполярни инструменти № 851250-01, рев. Н, издадена на 12.08.2014г. от Intuitive Surgical; - Сертификат за система по качеството № DGM-552, издаден на 06.02.2019г. от Presafe Denmark; Сертификат на ЕО пълна система за осигуряване на качеството с № DGM-343, издаден на 06.02.2019г. от Presafe Denmark;
7	Стерилна обвивка за инструменти	кутия	3	9	Стерилна обвивка за инструменти, рамо за инструменти, със вграден стерилен пластмасов адаптор; с ивица, определяща границата на стерилност и лента за закрепване на покривалото около рамото – в 1 кутия има 20 бр.	Instrument Arm Drape	Microtek Medical	420015	1	Стерилна обвивка за инструменти, рамо за инструменти, със вграден стерилен пластмасов адаптор; с ивица, определяща границата на стерилност и лента за закрепване на покривалото около рамото – в 1 кутия има 20 бр..	- Извлечение от Каталог на Intuitive Surgical; - Извлечение от Инструкции за употреба относно стерилната обвивка за инструменти; - Декларация за съответствие № рев. F, формуляр CORP-0068, издадена на 16.10.2018г. от Microtek Medical; - Сертификат DIN EN ISO 13485:2016 с рег. № 44 221 117845, издаден на

заличено на осн. чл. 36а, ал.3 от ЗОП

Техническо предложение в табличен вид по обособена позиция № 2 с наименование „Роботизирани инструменти за 20 операции годишно» на обществена поръчка с предмет „Доставка на оборудване, материали и консумативи, по обособени позиции по Проект BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3д и телемедицина, роботизирана и минималноинвазивна хирургия" финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, както следва: 1. Обос.поз.: Надграждане на роботизирана система в МУ-Плевен с камера на системата за образна навигация посредством флуоресценция; 2. Обос.поз.: Роботизирани инструменти за 20 операции годишно и 3. Обос. поз.: Indocyanine green за интраоперативна флуоресценция"

Предлаганите медицински консумативи са съвместими за работа с едноскопска роботизирана хирургична система DaVinci Si

											28.09.2018г. от Тюв Норд Серт ГмбХ; - ЕО Сертификат с рег. № 44 237 117845, издаден от 28.09.2018г. от Тюв Норд Серт ГмбХ;
8	Стерилна обвивка за рамо на камера	кутия	1	3	Стерилна обвивка за рамо за камера, със вграден стерилен пластмасов адаптор за каньола 12 мм; с ивица, определяща границата на стерилност и лента за закрепване на покривалото около рамото – в 1 кутия има 20 бр.	Camera Arm Drape	Microtek Medical	420279	1	Стерилна обвивка за рамо за камера, със вграден стерилен пластмасов адаптор за каньола 12 мм; с ивица, определяща границата на стерилност и лента за закрепване на покривалото около рамото – в 1 кутия има 20 бр.	- Извлечение от Каталог на Intuitive Surgical; - Извлечение от Инструкции за употреба относно стерилната обвивка за рамо на камера; - Декларация за съответствие № рев. F, формуляр CORP-0068, издадена на 16.10.2018г. от Microtek Medical; - Сертификат DIN EN ISO 13485:2016 с рег. № 44 221 117845, издаден на 28.09.2018г. от Тюв Норд Серт ГмбХ; - ЕО Сертификат с рег. № 44 237 117845, издаден от 28.09.2018г. от Тюв Норд Серт ГмбХ;
9	Стерилна обвивка за камера	кутия	1	3	Стерилна обвивка за камерата - закрепване със стерилна адхезивна лента – в 1 кутия има 20 бр.	Camera head drape	Microtek Medical	420273	1	Стерилна обвивка за камерата - закрепване със стерилна адхезивна лента – в 1 кутия има 20 бр.	- Извлечение от Каталог на Intuitive Surgical; - Извлечение от Инструкции за употреба относно стерилната обвивка за камера;

заличено на осн. чл. 36а, ал.3 от ЗОП

Техническо предложение в табличен вид по обособена позиция № 2 с наименование „Роботизирани инструменти за 20 операции годишно» на обществена поръчка с предмет „Доставка на оборудване, материали и консумативи, по обособени позиции по Проект BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3д и телемедицина, роботизирана и минималноинвазивна хирургия" финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, както следва: 1. Обос.поз.: Надграждане на роботизирана система в МУ-Плевен с камера на системата за образна навигация посредством флуоресценция; 2. Обос.поз.: Роботизирани инструменти за 20 операции годишно и 3. Обос. поз.: Indocyanine green за интраоперативна флуоресценция”

Предлаганите медицински консумативи са съвместими за работа с еднокоспска роботизирана хирургична система DaVinci Si

											<ul style="list-style-type: none">- Декларация за съответствие № рев. F, формуляр CORP-0068, издадена на 16.10.2018г. от Microtek Medical;- Сертификат DIN EN ISO 13485:2016 с рег. № 44 221 117845, издаден на 28.09.2018г. от Тюв Норд Серт ГмбХ;- ЕО Сертификат с рег. № 44 237 117845, издаден от 28.09.2018г. от Тюв Норд Серт ГмбХ;
10	Акcesoар, накрайник, предпазител	кутия	1	3	Акcesoар – накрайник, предпазител/капаче за върха на инструмента – закривена ножица вложка/ - диаметър 8 мм – в 1 кутия има 10 бр.	Tip cover accessory	Intuitive Surgical	400180	1	Акcesoар – накрайник, предпазител/капаче за върха на инструмента – закривена ножица вложка/ - диаметър 8 мм – в 1 кутия има 10 бр.	<ul style="list-style-type: none">- Извлечение от Каталог на Intuitive Surgical Inc.;- Извлечение от Инструкции за употреба относно Акcesoар, накрайник, предпазител;- Декларация на ЕО за съответствие за Акcesoар, накрайник, предпазител № 851301-01, рев. D, издадена на 12.08.2014г. от Intuitive Surgical;- Сертификат за система по качеството № DGM-552, издаден на 06.02.2019г. от Presafe Denmark;- Сертификат на ЕО пълна система за осигуряване на качеството с № DGM-343,

заличено на осн. чл. 36а, ал.3 от ЗОП

Предлаганите медицински консултативи са съвместими за работа с еднокоспска роботизирана хирургична система DaVinci Si

[illegible]

гр. София

(Таджик Борох Борохьян)