

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 за
ЕДНОКРАТЕН КОНСУМАТИВ ЗА УНГ МИХ ЗА 210 ПАЦИЕНТА ПО НИД-ОБОБЩЕНИ - 210 БРОЯ

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА ЗА ДОКАЗВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО МЕЖДУ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И ОПИСАНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА УЧАСТНИКА					
Минимални технически характеристики и функционалности изисквани от възложителя		Технически характеристики и функционалности за конфигурацията, която се предлага от Кандидата по позиция 3			
№	Описание, съгласно техническата спецификация на възложителя	Описание на вида и характеристиките предлагани от участника			извадка/доказващ документ на предложението - на коя стока съответства от официалната интернет страница на производителя или друг документ от производителя, доказващ съответствието на техническите параметри на представяната стока със заложените изисквания в техническите спецификации
1	2	3			4
Минимални технически характеристики изисквани от възложителя		Основни функционалности на апаратурата предложена в офертата			
	Еднократен консуматив за УНГ МИХ за 210 пациента по НИД-обобщени - 210 броя		Модел	Производител	
1.	Да бъде право назъбено острие за шейвър с аспирация в дисталния край	Представява право назъбено острие за биполярен шейвър с аспирация в дисталния край	Diego Elite Bipolar Serrated 4mm BB4000SS	OLYMPUS	Брошура: „DIEGO ELITE УНГ ШЕЙВЪР MULTIDEBRIDER“ стр 4



2.	Острието да бъде автоматично разпознавано от конзолата на шейвъра с предложени автоматични настройки	Конзолата има възможност да разпознава острието и да предложи автоматични настройки			Брошура: „DIEGO ELITE UHF ШЕЙВЪР MULTIDEBRIDER“ стр 3
3.	Острието да позволява биполярно третиране на тъканта	Острието е с възможност за биполярно третиране на тъканта			Брошура: „DIEGO ELITE UHF ШЕЙВЪР MULTIDEBRIDER“ стр 4
4.	Да бъде с диаметър $4.0 \pm 0.2 \text{ mm}$	Диаметърът на острието е 4.0 mm			Брошура: „DIEGO ELITE UHF ШЕЙВЪР MULTIDEBRIDER“ стр 4
5.	Да бъде подходящ за шейвър, както с права така и със закривена ръкохватка	Конзолата предлага възможност за работа с права и закривена ръкохватка, като острието е съвместимо както с правата, така и със закривената ръкохватка			Брошура: „DIEGO ELITE UHF ШЕЙВЪР MULTIDEBRIDER“ стр 3
6.	Да бъде окомплектован с консуматив за биполярна радиочестотна индуцирана термоаблация на мски тъкани в УНГ.	Окомплектовката включва консуматив, електрод биполярна радиочестотна индуцирана термоаблация на мски тъкани в УНГ.			
7.	Да бъде консуматив, съвместим със система за навигирана хирургия в УНГ	Консумативът е съвместим със система за навигирана УНГ хирургия			Брошура: „ НАВИГИРАНА СИНУСНА ХИРУРГИЯ Brainlab Kick® заедно с Olympus DIEGO ELITE“ стр. 2
8.	Да се предлага в опаковка с не повече от 5 броя	Остриетата се предлагат по 5 броя в опаковка			Брошура: „DIEGO ELITE UHF ШЕЙВЪР MULTIDEBRIDER“ стр 4

15.08.2019 год.

Петя Славкова

заличено на осн. чл. 36а, ал.3 от ЗОП

Търговски Директор на ИНФОМЕД БООД