

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

град ПЛЕВЕН

ДО

Изх. №

1 - 01 - 2597

29.07.2012 г.

Заинтересованите лица в открита процедура по реда на ЗОП с предмет:

Доставка на лабораторно оборудване, материали и консумативи по обособени позиции, както следва: 1 Обос. поз.: Апарат за новогенерационно секвениране от следващо поколение и сканиране на microarray чипове с възможност за секвениране на човешки геном, екзом и транскриптом и сканиране на microarray чипове за детекция на генетични и структурни вариации; 2 Обос. поз.: Персонален диагностичен новогенерационен секвенатор; 3 Обос. поз.: Система за детекция и анализ на нуклеинови киселини; 4 Обос. поз.: Инкубатор за 96 ямкови 0,2 и 0,8 мл плаки, Система за детекция на нуклеинови киселини в реално време, Високо оборотен шейкър 96 ямкови 0,2 и 0,8 мл плаки, Охладителна центрофуга за PCR плаки и 1,5 мл епруветки Z 326K, Магнитен статив за 96 ямкови 0,2 и 0,8 мл плаки, Термостатиращ блок, Комплект автоматични пипети, статив и аксесоари, Градиентен апарат за полимеразна верижна реакция, Флуориметър за измерване на количеството на НК; 5 Обос. поз.: 12 капиларен фрагментен анализатор; 6 Обос. поз.: Вакуум центрофуга; 7 Обос. поз.: Стартово лабораторно оборудване за обработка на микрочипове и подготовка на библиотеки за новогенерационно секвениране; 8 Обос. поз.: Компютърна система за съхранение, обработка, споделяне и вградени приложения за анализ на данни от NGS секвениране; 9 Обос. поз.: Китове за секвениране от следваща генерация за 94 гени, Китове за новогенерационно секвениране за 26 гени, Инсталационни китове и обучение, Китове за имунохистохимичен анализ, Китове за свободно циркулираща ДНК, Консумативи за системата за анализ и детекция на нуклеинови киселини, Първични антители за имунохистохимия, Визуализираща система за имунохистохимия; Предметни и покривни стъкла и Допълнителни - ножове, етанол, метанол и др. в изпълнение на Проект BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минималноинвазивна хирургия.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОЯСНЕНИЯ


по постъпили въпроси по документацията за участие в обществена поръчка, по реда на ЗОП, с предмет: Доставка на лабораторно оборудване, материали и консумативи по обособени позиции“ Проект BG05M2OP001-1.002-0010.

- 1. Въпрос:** В приложенията към образец 2 –Техническо предложение - са изброени следните документи, които следва да бъдат приложени към образец 2:
1. Фотографски снимки и/или брошури на стоките (копия, заверени с подпис и печат от участника, и в превод).
 2. Оторизационно/и писмо/а и/или документ на друго правно основание, на името на участника (копия, заверени с подпис и печат от участника, и в превод).

В обявлението на обществената поръчка и в документацията не фигурират подобни изисквания. Моля, да разясните задължително ли е представянето на гореизброените документи и ще бъде ли отстранен от участие в процедурата участник, които не ги представи?

www.eufunds.bg

Проект BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.



Отговор на първия подвъпрос: Задължително е представянето на горепосочените документи. Следва да се има предвид, че образеца на техническото предложение и посочените приложения към него са част от документацията, която е одобрена със решението за откриване на обществената поръчка. Посоченото в техническото предложение, при спазване разпоредбите на ЗОП и ППЗОП, не се описва в обявлението.

Отговор на втория подвъпрос: Зададеният въпрос не касае разясняване по документацията по см. на чл. 33 от ЗОП, а подалият писмено въпроса иска предварително/преди да е подал оферта, преди да е започнала работата на комисията и преди да са разгледани представените от него документи/ да му се отговори ще бъде ли отстранен при определени условия или не. Работата на комисията/определена със заповед на възложителя след изтичане срока за получаване на оферти/ протича при спазване на законовите разпоредби.

2. Въпрос: По отношение на обособена позиция 4, номенклатурна единица № 7 (комплект автоматични пипети, статив и аксесоари – 3 броя), първо тире от изброяването - регулируем цветово кодиран обем за: 0,5-100 µl, 10-100 µl, 100-1000 µl. Моля да разясните допусната ли е техническа грешка при изписването на обема от 0,5-100 µl и не е ли всъщност исканият обем от 0,5 до 10 µl?

Отговор въпрос: Исканият обем, поради техническа грешка е: от 0,5 до 10 µl.

3. Въпрос: По отношение на обособена позиция 4, номенклатурна единица № 7 (комплект автоматични пипети, статив и аксесоари - 3 броя), трето тире от изброяването – „обема по време на работа“. Моля да разясните какво се има предвид под това изискване и дали не е допусната техническа грешка, като текстът „обема по време на работа“ да е всъщност смислово продължение на посоченото в тире второ изискване - „заклучващ механизъм предпазващ промяната на обема“?

Отговор въпрос: Посоченото като текст на второ и трето тире, поради техническа грешка, да се счита, както следва: на едно тире: „заклучващ механизъм предпазващ промяната на обема по време на работа“

С УВАЖЕНИЕ:

РЕКТОР

заличено на осн. чл. 36а, ал.3 от ЗОП

/ Проф. д-р Сл./Томов, д.м.н. /

www.eufunds.bg