

ДО
Медицински Университет - Плевен

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от ИНФОМЕД ЕООД, ЕИК 121155656

седалище и адрес на управление: гр.София, бул.Витоша № 81-83

/ фирма, седалище и адрес на управление, ЕИК/ БУЛСТАТ /

представяван от Калин Атанасов Киряков – Управител, ЕГН

/трите имена, ЕГН на представляващия/

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представям техническото ни предложение към Офертата за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, инсталация, въвеждане в експлоатация на лапароскопска диагностично оперативна система с възможност за 3D визуализация, 4K резолюция и интраоперативна ултразвукова диагностика, и обучение на персонал за нуждите на МУ-Плевен“ по обособена позиция № 2 - Енергийна платформа за нуждите на МУ-Плевен

(наименование на поръчката и обособената позиция, за която участва)

Предлагаме да организираме и изпълним поръчката съгласно документацията за участие в съответствие с изискванията на техническата спецификация за обособена позиция № 2 , както следва: Доставка, инсталация, въвеждане в експлоатация на Енергийна платформа за нуждите на МУ-Плевен, включваща както следва: 2 броя многофункционален електронож и 1 брой ултразвуков скалпел и обучение на персонал за нуждите на МУ-Плевен

Предложението се изготвя по приложените технически спецификации и включва:

- Сравнителна таблица/за съответната обособена позиция/ за доказване на съответствието между технически характеристики на възложителя и предложението на Участника: посочва се какво предлага участникът, модел, производител, като представя доказващи документи на предложеното, описани точно като страница и вид на документа от производителя, доказващи съответствието на представяната стока със заложените изискванията в техническите спецификации/по образец 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4 /.

****Забележка:** За доказване на техническото съответствие на предлаганите стоки с техническата спецификация на Възложителя /без посочване на цени/ се прилагат: каталози или брошури, или извадка от тях, както и/или: приложения, разработки или ръководства за поддръжка и експлоатация на производителя, или се сочи официална интернет страница /в едно с разпечатка от нея/ на производителя или други официални документи от производителя и превод на български език, доказващи съответствието на предлаганите стоки. В Таблицата за техническо съответствие Участникът, за всяка отделна подпозиция и номенклатурна единица отбелязва от кой документ и на коя

заличено на осн. чл. 36а, ал.3 от ЗОП



страница отговаря съответствието на предлаганата от него апаратура с техническата спецификация на Възложителя. Не се приемат декларации от производителя или участника за доказване на техническото съответствие с техническата спецификация на Възложителя

Предлагаме срок на доставка, инсталация, въвеждане в експлоатация и обучение на персонал /за позиция 2/ – до 60 (шестдесет) работни дни, считано от датата на постъпилата сума/аванс по договора/ по сметка на Изпълнителя от Възложителя.

****Забележка:** Задължително срокът на доставка, въвеждане в експлоатация и обучение на персонал за всяка обособена позиция да не е повече от 70/седемдесет/ работни дни. Задължително срокът на доставка, въвеждане в експлоатация и обучение на персонал се посочва в работни дни и се посочва един срок на доставка, въвеждане в експлоатация и обучение на персонал за всички стоки от съответната обособена позиция.

Предлагаме гаранционен срок /за позиция 2/ - 12 (дванадесет) месеца от подписване на приемо-предавателен протокол за въвеждане в експлоатация в изправно състояние.

****Забележка:** Задължително гаранционния срок се посочва в месеци и се посочва един гаранционен срок за всички стоки от съответната обособена позиция като предложеният срок не може да е по-малко от 12 месеца.

Предлагаме време за реакция за установяване на повредата/за позиция 2/: до 48 (четиридесет и осем) часа, считано от уведомление по e-mail или факс от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за съответната повреда.

****Забележка:** Задължително времето за реакция се посочва в часове, а не в дни и т.н., като предложеното време не може да е по-малко от 1 час. Посоченото време за реакция за установяване на повредата е за стоките от техническата спецификация.

Във връзка с настоящото техническо предложение:

1. Декларираме, че предлаганата стока е нова и неупотребявана, с високо качество, отговаря на техническите изисквания, приложени в документацията.

2. Декларираме, че за изпълнение предмета на поръчката ще извършим транспортно опаковане по подходящ начин, съобразен с вида и начина на доставка до адрес на Възложителя, осигуряващ защита срещу липси и увреждане. Стоките ще бъдат в оригинална фабрична опаковка, с ненарушена цялост и върху нея ще има индивидуализираща информация, включваща минимум производител, произход и модел.

3. Декларираме, че през гаранционния срок:

3.1. Всички ремонти ще бъдат извършвани за наша сметка, което ще включва навременно отстраняване на проблеми с работоспособността, подмяна на дефектирани части и други - гарантиращи безпрепятствената ѝ употреба. При необходимост в срока на гаранция се задължаваме за своя сметка да извършваме допълнителни настройки на апаратурата.

3.2. За наша сметка са всички разходи за извършване на гаранционно обслужване в срока на гаранцията (за труд, резервни части, транспорт и други), както и разходи за отстраняване на всички технически неизправности, възникнали не по вина на Възложителя и покрити от гаранционните условия и гаранционната отговорност на Изпълнителя.

Прилагаме СЕ декларация за съответствие на предлаганите продукти /за които е неприложима/.

заличено на осн. чл. 36а, ал.3 от ЗОП



ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Сравнителна таблица, с приложени документи, доказващи съответствието на стоките в превод на български език. (копия, заверени с подпис и печат от участника).
2. СЕ декларации (копия, заверени с подпис и печат от участника, и в превод на български език, когато е приложимо).
3. Оторизационни писма от производителя за продажба на съответната апаратура.
4. Друго(по преценка на участника).

/ дата / подпис /име, фамилия/ печат /

02.06.2020 год.

заличено на осн. чл. 36а, ал.3 от ЗОП

/Калин Киряков/
Управител на ИНФОМЕД ЕООД

Образец 2.1: Сравнителна таблица за доказване на съответствие между изисквани минимални технически характеристики на Възложителя и предложението на Участника

Обособена позиция № 2: Енергийна платформа с 2 броя многофункционален електронож и ултразвуков скапел за нуждите на МУ-Плевен

Описание и минимални технически изисквания на Възложителя	Количество	Предложение на участника, включващо: модел на предлаганото оборудване, брой /описват се детайлно всички параметри и характеристики, които се предлагат от участника/	Доказващ документ – посочва се вида и страницата	Производител, страна на произход
1. Мултифункционален електронож Технически параметри: 1.1. Захранване 220-240V, 50/60 Hz 1.2. Клас на защита според IEC 60601-1 – CF, клас I 1.3. Високочестотни монополярни режими: чисто рязане, хемостатично Blend рязане, мека коагулация, форсирана коагулация, спрей коагулация 1.4. Високочестотни биполярни режими: биполярно рязане, мека коагулация, коагулация с автоматично стартиране 1.5. Присъединителни букси – три монополярни и две биполярни и минимум една с автоматично разпознаване на инструмента, присъединителна букса за пациентна пластина с индикатор за единична или двойна пластина 1.6. Управление на настройките с тъч скрийн	2 бр.	1. Мултифункционален електронож ESG-400, Арт. № WB91051W – 2 бр. Технически параметри: 1.1. Захранване 220-240V, 50/60 Hz 1.2. Клас на защита според IEC 60601-1 – CF, клас I 1.3. Високочестотни монополярни режими: чисто рязане, хемостатично Blend рязане, мека коагулация, форсирана коагулация, спрей коагулация 1.4. Високочестотни биполярни режими: биполярно рязане, мека коагулация, коагулация с автоматично стартиране 1.5. Присъединителни букси – три монополярни и две биполярни и една с автоматично разпознаване на инструмента, присъединителна букса за пациентна пластина с индикатор за	Брошура – „ЕЛЕКТРО-ХИРУРГИЧЕН ГЕНЕРАТОР ESG-400“ <u>Стр. 2</u> <u>Стр. 2</u> <u>Стр. 2</u> <u>Стр. 2</u> <u>Стр. 2</u>	Olympus Германия



дисплей 1.7. Да може да работи синхронизирано с ултразвуков генератор за едновременно прилагане на биполярна и ултразвукова енергия посредством специализиран инструмент и трансдюсер 1.8. Да позволява директното свързване с лапароскопски биполярен морселатор 1.9. Възможност за свързване с инсуфлатора за автоматично отвеждане на генерирания дим 1.10. Да бъде окомплектован с: 1.10.1. Двоен активационен педал 1.10.2. Единичен активационен педал за биполярно третиране 1.10.3. Кабел за монополярно третиране 1.10.4. Кабел за биполярно третиране		единична или двойна пластина 1.6. Управление на настройките с тъч скрийн дисплей 1.7. Може да работи синхронизирано с ултразвуков генератор за едновременно прилагане на биполярна и ултразвукова енергия посредством специализиран инструмент и трансдюсер 1.8. Позволява директното свързване с лапароскопски биполярен морселатор 1.9. Възможност за свързване с инсуфлатора за автоматично отвеждане на генерирания дим 1.10. Окомплектован с: 1.10.1. Двоен активационен педал 1.10.2. Единичен активационен педал за биполярно третиране 1.10.3. Кабел за монополярно третиране 1.10.4. Кабел за биполярно третиране	Стр. 2 Стр. 2; Брошура – „Ултразвуков генератор USG-400“ – Стр. 1 ESG-400 Ръководство с инструкции - Стр. 76 Стр. 2 Стр. 2 Стр. 2 Каталог – Стр. 12038 Каталог „Ръчни инструменти“ – Стр. 230	
2. Ултразвуков хирургичен генератор Технически параметри: 1.11. Захранване 220-240V, 50/60 Hz 1.12. Клас на защита – CF, клас I 1.13. Режими на работа: синхронизирано рязане с освобождаване на биполярна и ултразвукова енергия посредством специализирани инструменти при комбинация с многофункционален	1 бр.	2. Ултразвуков хирургичен генератор - USG-400, Арт. № N5428060 - 1брой Технически параметри: 2.1. Захранване 220-240V, 50/60 Hz 2.2. Клас на защита – CF, клас I 2.3. Режими на работа: синхронизирано рязане с освобождаване на биполярна и ултразвукова енергия посредством специализирани инструменти при комбинация с многофункционален	Брошура – „Ултразвуков генератор USG-400“ Стр. 1 Стр. 1 Стр. 1	Olympus Япония



електрогенератор 1.14. Управление на настройките със сензорен дисплей 1.15. Да може да работи синхронизирано с многофункционалния електронож за едновременно прилагане на биполярна и ултразвукова енергия посредством специализирани инструменти и трансдусери 1.16. Да бъде окомплектован с двоен педал за комбинирана платформа, крепежни елементи и комуникационен кабел между електронож и ултразвуков генератор 1.17. Възможност за свързване с инсуфлатора за автоматично отвеждане на генерирания дим		електрогенератор 2.4. Управление на настройките със сензорен дисплей 2.5. Да може да работи синхронизирано с многофункционалния електронож за едновременно прилагане на биполярна и ултразвукова енергия посредством специализирани инструменти и трансдусери 2.6. Окомплектован с двоен педал за комбинирана платформа, крепежни елементи и комуникационен кабел между електронож и ултразвуков генератор 2.7. Възможност за свързване с инсуфлатора за автоматично отвеждане на генерирания дим	<u>Стр. 1</u> <u>Стр. 1</u> <u>Стр. 1</u> <u>Стр. 1</u>	
3. Трансдюсер за комбинирана работа на електро и ултразвуков генератор Технически параметри: 3.1. Да бъде съвместим с ултразвуковия генератор	1 бр.	3. Трансдюсер за комбинирана работа на електро и ултразвуков генератор - TD-TB400, Арт. № N3808760 – 16рой Технически параметри: 3.1. Съвместим с ултразвуковия генератор	Брошура – „Ултразвуков генератор USG-400“ <u>Стр. 1</u>	Olympus Япония

заличено на осн. чл. 36а, ал.3 от ЗОП

02.06.2020 год.

/Калин Киряков/
Управител на ИИФ ОМЕД ЕООД