

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

на

Видеодуоденоскоп/1/един/ брой/ за онагледяване на типовете диагностични и терапевтични процедури, който следва да бъде нов, неупотребяван и да отговаря на техническите изисквания, както следва:

Оптична система: зрително поле не по-малко от $100^{\circ}/5^{\circ}$ (ретроградно)

Дълбочина на полето – от 5 до 60 мм

Външен диаметър на работната част: мин. 11.0 до макс. 11.3 мм

Диаметър на работния канал- не по-малко от 4.2 мм

Дължина на работната част на апарата – не по-малко от 1240 мм

Технология за цветово филтриране за визуализация на ранни изменения на лигавицата, чрез оптичен филтър.

Предложеният видеодуоденоскоп да е съвместим за работа с видеосистеми OLYMPUS EXERA или еквивалентна/и.